

8. Свидетельство об упаковывании

ООО «Лабораторные Технологии»

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

9. Сведения о рекламации.

При появлении неисправностей, влияющих на работу ковшика-пробоотборника в период гарантийного срока эксплуатации, претензии направлять по адресу:

Пробоотборник пищевой
Ковшик-пробоотборник
для жидких молочных продуктов

ПП ДМ-150

Паспорт

Изготовитель:
ООО «Лабораторные Технологии»
606002, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, дом 12А
Тел.: 8 (8313) 36-76-13
E-mail: Lab@Laboff.ru

1. Общие указания

Пробоотборник пищевой ПП ДМ-150 предназначен для отбора пробы жидких молочных продуктов в соответствии с ГОСТ Р ИСО 707-2010 «Молоко и молочные продукты. Руководство по отбору проб».

2. Технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Материал ковшика-пробоотборника	Сталь AISI 304
2	Длина ручки, мм	200
3	Объем отбираемой пробы, мл.	150
4	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	64х64х235
5	Масса, гр.	85

3. Комплект поставки

№	Наименование	Количество, шт
1	Ковшик-пробоотборник в сборе	1
2	Паспорт	1
3	Упаковка	1

4. Устройство и порядок работы с ковшиком-пробоотборником.

Ковшик-пробоотборник представляет собой съемный стакан с носиком, плотно вставленный в кольцо-держатель, расположенный на ручке.

Ковшик-пробоотборник ПП ДМ-150 перед отбором проб должен быть чистым и стерилизованным в соответствии с ГОСТ Р ИСО 707-2010.

В процессе отбора проб оператор должен следить за тем, чтобы в образец не попадала грязь и посторонние включения.

Для отбора пробы необходимо погрузить ковшик-пробоотборник в отбираемый продукт, отобрать необходимое количество пробы и извлечь его из ёмкости за ручку.

5. Правила хранения.

Пробоотборник должен храниться в чистом виде в закрытом помещении при температуре воздуха от - 50°С до + 50°С и относительной влажности не более 70%.

6. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие ковшика-пробоотборника ПП ДМ-150 ГОСТ Р ИСО 707-2010, ТУ 4318-002-95622738-2013 при соблюдении условий применения и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

7. Сведения о приемке.

Ковшик-пробоотборник ПП ДМ-150 соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 707-2010, ТУ 4318-002-95622738-2013, технической и конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.